

CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

IDENTIFICACION DEL PANEL

Codigo Interno	OXI-2025-001
Numero de Serie	SN-20260101-001
Institucion Destino	Hospital Italiano
Area Destino	UTI Adultos
Tipo de Panel	Horizontal
Tipo de Montaje	Superficie

RESUMEN TECNICO

Configuracion de Gases

Tipo de Gas	Estandar	Cant.
Oxígeno	DIN	2
Aire Medicinal	DIN	4

Sistema Electrico

Total Tomacorrientes	8
Estandar	IRAM
Circuito Normal	6
Circuito Emergencia	2

Datos y Senales

Puertos RJ45	1
Llamado Enfermeria	SI

Accesorios

Bandeja porta equipos	x1
-----------------------	----

TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

Zona	Descripcion	Fecha/Hora Completado	Estado
1	Zona 1 - Recepción y Verificación	02/01/2026 02:57	OK
2	Zona 2 - Armado Estructural	03/01/2026 02:57	OK
3	Zona 3 - Instalación de Gases	04/01/2026 06:57	OK
4	Zona 4 - Sistema Eléctrico y Datos	05/01/2026 07:57	OK
5	Zona 5 - Control Final y Embalaje	06/01/2026 03:57	OK

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Se certifica que el panel identificado en este documento ha sido fabricado y verificado siguiendo los procedimientos de calidad establecidos por OXIBIO.

El producto cumple con las especificaciones tecnicas requeridas y se encuentra apto para su instalacion en la institucion destino indicada.

OBSERVACIONES

Panel completado y listo para despacho.