

CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

IDENTIFICACION DEL PANEL

| | |
|---------------------|--------------------|
| Codigo Interno | OXI-2025-002 |
| Numero de Serie | SN-20260114-002 |
| Institucion Destino | Hospital Britanico |
| Area Destino | Sala de Partos |
| Tipo de Panel | Vertical |
| Tipo de Montaje | Embutido |

RESUMEN TECNICO

Configuracion de Gases

| Tipo de Gas | Estandar | Cant. |
|----------------|----------|-------|
| Oxígeno | AFNOR | 2 |
| Aire Medicinal | AFNOR | 1 |

Sistema Electrico

| | |
|----------------------|------|
| Total Tomacorrientes | 5 |
| Estandar | IRAM |
| Circuito Normal | 3 |
| Circuito Emergencia | 2 |

Datos y Senales

| | |
|--------------------|----|
| Puertos RJ45 | 1 |
| Llamado Enfermeria | SI |

Accesorios

Sin accesorios

TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

| Zona | Descripcion | Fecha/Hora Completado | Estado |
|------|------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Zona 1 - Recepción y Verificación | 16/01/2026 00:57 | OK |
| 2 | Zona 2 - Armado Estructural | 16/01/2026 20:57 | OK |
| 3 | Zona 3 - Instalación de Gases | 17/01/2026 22:57 | OK |
| 4 | Zona 4 - Sistema Eléctrico y Datos | 18/01/2026 23:57 | OK |
| 5 | Zona 5 - Control Final y Embalaje | 19/01/2026 22:57 | OK |

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Se certifica que el panel identificado en este documento ha sido fabricado y verificado siguiendo los procedimientos de calidad establecidos por OXIBIO.

El producto cumple con las especificaciones tecnicas requeridas y se encuentra apto para su instalacion en la institucion destino indicada.

OBSERVACIONES

Panel completado y listo para despacho.