

CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

IDENTIFICACION DEL PANEL

Codigo Interno	OXI-2025-003
Numero de Serie	SN-20260111-003
Institucion Destino	Sanatorio Finochietto
Area Destino	Recuperacion
Tipo de Panel	Modular
Tipo de Montaje	Semi-embutido

RESUMEN TECNICO

Configuracion de Gases

Tipo de Gas	Estandar	Cant.
Oxígeno	DIN	4
Aire Medicinal	DIN	3
Vacío	DIN	2

Sistema Electrico

Total Tomacorrientes	5
Estandar	IRAM
Circuito Normal	2
Circuito Emergencia	3

Datos y Senales

Puertos RJ45	4
Llamado Enfermeria	NO

Accesorios

Riel porta suero	x1
------------------	----

TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

Zona	Descripcion	Fecha/Hora Completado	Estado
1	Zona 1 - Recepción y Verificación	12/01/2026 21:57	OK
2	Zona 2 - Armado Estructural	13/01/2026 19:57	OK
3	Zona 3 - Instalación de Gases	14/01/2026 18:57	OK
4	Zona 4 - Sistema Eléctrico y Datos	15/01/2026 22:57	OK
5	Zona 5 - Control Final y Embalaje	16/01/2026 18:57	OK

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Se certifica que el panel identificado en este documento ha sido fabricado y verificado siguiendo los procedimientos de calidad establecidos por OXIBIO.

El producto cumple con las especificaciones tecnicas requeridas y se encuentra apto para su instalacion en la institucion destino indicada.

OBSERVACIONES

Panel completado y listo para despacho.