

CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

IDENTIFICACION DEL PANEL

Codigo Interno	OXI-2025-004
Numero de Serie	SN-20260115-004
Institucion Destino	Hospital Austral
Area Destino	Hemodinamia
Tipo de Panel	Horizontal
Tipo de Montaje	Superficie

RESUMEN TECNICO

Configuracion de Gases

Tipo de Gas	Estandar	Cant.
Oxígeno	AFNOR	1

Sistema Electrico

Total Tomacorrientes	7
Estandar	IRAM
Circuito Normal	5
Circuito Emergencia	2

Datos y Senales

Puertos RJ45	4
Llamado Enfermeria	SI

Accesorios

Reloj de pared	x1
----------------	----

TRAZABILIDAD DE PRODUCCION

Zona	Descripcion	Fecha/Hora Completado	Estado
1	Zona 1 - Recepción y Verificación	16/01/2026 19:57	OK
2	Zona 2 - Armado Estructural	17/01/2026 19:57	OK
3	Zona 3 - Instalación de Gases	18/01/2026 22:57	OK
4	Zona 4 - Sistema Eléctrico y Datos	19/01/2026 20:57	OK
5	Zona 5 - Control Final y Embalaje	20/01/2026 22:57	OK

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Se certifica que el panel identificado en este documento ha sido fabricado y verificado siguiendo los procedimientos de calidad establecidos por OXIBIO.

El producto cumple con las especificaciones tecnicas requeridas y se encuentra apto para su instalacion en la institucion destino indicada.

OBSERVACIONES

Panel completado y listo para despacho.